

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: Số 17 Trương Định, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Đặng Thị Minh Hiền

- Chức vụ: Trưởng phòng Kế hoạch – Dịch vụ, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế.

- Số điện thoại: 0944274548.

- Địa chỉ email: kiemnghiemhue@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch – Dịch vụ, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế

Số 17 Trương Định, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế

- Hoặc qua email: kiemnghiemhue@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 02 tháng 9 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các thiết bị gồm có (Theo bảng đính kèm)


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng trong vòng 15 ngày sau khi hợp đồng được ký kết.

5. Các thông tin khác (nếu có). *Ưu*

GIÁM ĐỐC



Nào Thị Thanh Xuân

TT	Danh mục	Nội dung yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống chung cất đạm Kjeldahl (Bộ cất đạm Kjeldahl)	<p>I. YÊU CẦU CHUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện sử dụng: 1 pha; 220 V ± 10%, 50-60Hz - Môi trường làm việc: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa: $\geq 25^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa : $\geq 75\%$. <p>II. YÊU CẦU CẤU HÌNH</p> <p>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính (bao gồm cả bình Kjeldahl): 01 cái - Bình chứa dung môi bằng thủy tinh hoặc tương đương ≥ 10 lít: 01 cái - Bình chứa dung dịch thải bằng nhựa hoặc tương đương ≥ 20 lít: 01 cái - Ống mẫu chính bằng thủy tinh hoặc tương đương, có độ dày $\geq 2\text{mm}$, thể tích ≥ 300 ml: 03 cái - Cáp kết nối, ống dẫn: 01 bộ - Màn hình: 01 cái - Bơm NaOH: 01 cái - Bơm nước pha loãng: 01 cái - Bộ chống văng bắn: 01 bộ <p>III. YÊU CẦU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có khả năng phân tích: Đạm, Nitơ tổng Kjeldahl (TKN), Nitơ phi protein (NPN), Nitơ cơ bản dễ bay hơi (TVBN), Ammonia, Nitrat/Nitrite... - Có chức năng tự động dò tìm thời gian bắt đầu chung cất - Áp suất nước kết nối: $\leq 1 - \geq 8$ bar - Nhiệt độ nước kết nối: $\leq 1 - \geq 25^{\circ}\text{C}$ - Lưu lượng nước: $\geq 1 - \leq 1.5$ L/min - Công suất chung cất có thể điều chỉnh: $\leq 10 - 100\%$ - Công suất chung cất (100%): ≥ 35 ml/phút - Công suất chung cất (10%): ≥ 10 ml/phút 	01	Cái



TT	Danh mục	Nội dung yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Khoảng đo với Nitơ: $\leq 0.02 - \geq 200$ mg - Độ thu hồi hàm lượng Nitơ: $\geq 95\%$ - Đo lặp lại tại thời gian chung cất 300 giây: $\leq 1 \%$ - Màn hình: <ul style="list-style-type: none"> + Loại LCD màu + Kích thước: ≥ 4 inches - Bộ chống văng bắn bằng thủy tinh hoặc chất liệu tương đương - Có thể kết nối tương thích với hệ thống phá mẫu Velp model EFB- 5A8 -2014-93194 hiện có tại đơn vị sử dụng <p>IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật phải sẵn sàng phối hợp với đơn vị để giải quyết kịp thời. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị, hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng - Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định. - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết 		

Y
JNG
MN
SC
TUC
JA

TT	Danh mục	Nội dung yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
		bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý và các văn bản Pháp luật có liên quan.		
2	Thiết bị phân tích chất béo	I. YÊU CẦU CHUNG - Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện sử dụng: 1 pha, 220 V ± 10%, 50-60Hz. - Môi trường làm việc: + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 ⁰ C. + Độ ẩm tối đa : ≥ 75%. II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Bộ chiết béo: 01 bộ - Ống chứa mẫu cellulose hoặc tương đương: 75 ống. - Cốc chiết mẫu bằng thủy tinh hoặc tương đương: 12 cốc - Giá giữ đầu lọc (ống mẫu) bằng thép hoặc tương đương: 06 cái - Giá đỡ ống chứa mẫu 06 vị trí bằng thép không gỉ hoặc tương đương: 01 cái - Bộ tay cầm đưa cốc chiết và nhấc cốc chiết bằng thép không gỉ hoặc tương đương: 01 bộ - Bộ ống cấp nước đầu vào và nước thải bằng cao su có bọc lớp sợi bảo vệ hoặc tương đương: 01 bộ - Roăng đệm bằng nhựa Butyl hoặc tương đương: 06 cái - Roăng đệm bằng nhựa Viton hoặc tương đương: 06 cái III. YÊU CẦU KỸ THUẬT - Ứng dụng để chiết các mẫu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chất tẩy rửa, cao su, nhựa, dược phẩm, đất... - Cấu trúc bằng thép không gỉ sơn phủ Epoxy hoặc tương đương.	01	Cái

TT	Danh mục	Nội dung yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Màn hình: <li style="padding-left: 20px;">+ Màn hình công nghệ LED hoặc tương đương <li style="padding-left: 20px;">+ Hiển thị được nhiệt độ làm việc, thông số cài đặt... - Số vị trí chiết: ≥ 06 vị trí - Thể tích cốc chiết tối đa: ≥ 150 ml - Nhiệt độ làm việc: ≤ 100 đến $\geq 250^{\circ}\text{C}$ - Thời gian ngâm: 0 đến ≥ 900 phút - Thời gian rửa: 0 đến ≥ 900 phút - Thời gian thu hồi: 0 đến ≥ 900 phút - Khối lượng mẫu: từ ≤ 1 đến 12g - Độ thu hồi dung môi: từ 50 đến $\geq 75\%$ - Độ lặp lại: $\leq 1\%$ - Số chương trình cài đặt ≥ 25 chương trình - Thể tích dung môi sử dụng: ≤ 30 đến $\geq 100\text{ml}$ - Lượng nước làm mát tiêu thụ: ≤ 3 lít/ phút <p>IV. CÁC YÊU CẦU KHÁC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật phải sẵn sàng phối hợp với đơn vị để giải quyết kịp thời. - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập 		

7/2
 AM
 HIỆN
 PH.
 HÃM
 THƯ

TT	Danh mục	Nội dung yêu cầu	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>khẩu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị, hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng - Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định. - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam. - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý và các văn bản Pháp luật có liên quan. 		

